



## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,  
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В  
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "Микроэлектронные датчики и устройства"

---

наименование

**РОСС RU.0001.310086**

---

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 432012, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Энергетиков, Дом 4.**

---

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

432012, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Энергетиков, Дом 4.

адреса мест осуществления деятельности

| N П/П                              | Измерения                                | Тип (группа) средств измерений                                                                                | Метрологические требования                           |                                                      | Примечание |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                    |                                          |                                                                                                               | диапазон измерений                                   | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |            |
| 2. Поверка средств измерений (ГЖВ) |                                          |                                                                                                               |                                                      |                                                      |            |
| 2.1.                               | Измерения давления, вакуумные измерения; | Датчики абсолютного давления с цифровыми (в том числе цифровые манометры) и аналоговыми выходными сигналами ; | ВПИ (10,001 - 100) МПа<br>(0 - 20) мА<br>(0 - 10) В; | Погрешность: ПГ ±(0,1 - 0,5) %;                      | -          |

| N П/П | Измерения                                | Тип (группа) средств измерений                                                                 | Метрологические требования |                                                      | Примечание |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|       |                                          |                                                                                                | диапазон измерений         | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) |            |
| 2.2.  | Измерения давления, вакуумные измерения; | Датчики абсолютного давления с цифровыми выходными сигналами (в том числе цифровые манометры); | ВПИ (10,001 - 20) МПа;     | Погрешность: ПГ ±(0,05 - 0,1) %;                     | -          |

Генеральный директор

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

К.Е. Бушев

инициалы, фамилия уполномоченного лица